

**Regolamento per il servizio
di verificaione periodica
Organismo di Ispezione Tipo C**

F.lli GUZZON di Guzzon Roberto e Sergio S.n.c.

REDAZIONE	VERIFICAZIONE	APPROVAZIONE	DATA
RT	RSGQ	DIR	30/07/2021

Revisione	Data	Descrizione
0	15/09/2019	Prima emissione
1	30/07/2021	Rilievi Accredia + miglioramenti §0;§3;§4.1;§4.2;§4.3;§4.3.1;§4.3.2§4.4;§5;§6.1;§7;§9.1

INDICE

0. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
1. TERMINI E DEFINIZIONI	4
2. CONDIZIONI GENERALI E RESPONSABILITÀ	4
3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO	4
4. PROCESSO DI ISPEZIONE	5
4.1 RICHIESTA DI VERIFICAZIONE E/O PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO	5
4.2 EROGAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO	6
4.3 VERIFICAZIONE PERIODICA E PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO	7
4.4 MODALITÀ DI RIFERIMENTO AL CERTIFICATO DI ISPEZIONE	9
5. RISERVATEZZA.....	9
6. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	10
6.1 RECLAMI.....	10
6.2 RICORSI.....	11
6.3 CONTENZIOSI.....	12
7. TARIFFARIO.....	12
8. FATTURAZIONE.....	12
9. DOVERI E DIRITTI.....	12
9.1 DOVERI E DIRITTI DEL CLIENTE	12
9.2 IMPEGNI E DOVERI DELL'ODI DELLA F.LLI GUZZON SNC	12
10. GENERALITA'	13

 Organismo di Ispezione di tipo C LabGUZ PD*xx	Regolamento per il servizio di verificazione periodica	A23 RSVP Rev 1 del 30/07/2021 Pag. 3 di 14
---	---	---

0. Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività dell'Organismo di Ispezione di tipo C, della società Flli Guzzon di Guzzon Roberto e Sergio S.n.c. (da ora F.lli GUZZON S.n.c.) che esegue la verifica periodica degli strumenti di misura ai sensi del decreto n. 93 del 21/04/2017:

“Regolamento recante codificazione, modifica e integrazione, nonché semplificazione e armonizzazione tecnica alla normativa dell'unione europea, della disciplina attuativa dei controlli sugli strumenti di misura in servizio e della vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea”

Questo regolamento è adottato dalla società F.lli GUZZON S.n.c per l'attività di verifica periodica degli strumenti di pesatura a funzionamento automatico e non, in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 come da schema di accreditamento rilasciato da Accredia e conseguente autorizzazione di Unioncamere.

Lo schema riguarda la tipologia di strumenti di pesatura conformi alla normativa nazionale ed europea di seguito indicata:

- Strumenti a funzionamento non automatico (NAWI) elettroniche e meccaniche ad equilibrio automatico e semiautomatico in classe II (fino a 35 kg), III, IIII fino a MAX 1500 kg
- Strumenti a funzionamento automatico (AWI) etichettatrici peso/prezzo in classe Y(a) e Y(b) OIML R51:1996 e OIML R51:2006 fino a MAX 30 kg

I servizi erogati riguardano le verificazioni periodiche eseguite sugli strumenti dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione della tipologia dello strumento o a seguito di riparazione, per qualsiasi motivo compreso il caso di ordine di aggiustamento emesso dalle camere di commercio, che ha comportato la rimozione di un sigillo legale.

Il presente regolamento viene applicato dalla società F.lli GUZZON S.n.c in maniera uniforme e imparziale per tutti i soggetti destinatari ovvero interessati ai servizi di verifica periodica erogati; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione del cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Il presente regolamento è pubblicato nell'ultima revisione disponibile sul sito dell'Organismo di ispezione della soc Flli GUZZON www.guzzonbalance.it. per la presa visione da parte del titolare.

In caso di impossibilità da parte del Titolare di accedere ad internet, lo stesso è tenuto a chiederne copia cartacea all'OdI della soc Flli GUZZON . che provvederà ad inviarglielo via posta elettronica in fase di emissione dell'offerta.

Il Regolamento si intende integralmente accettato quando sottoscritto dal Titolare in calce dallo stesso al momento dell'accettazione dell'offerta o ne viene sottoscritta la presa visione sul modello di Offerta/Ordine (A27)-OFF-ORD.

In caso di variazione del Regolamento tra la data di sottoscrizione e l'erogazione del servizio l'OdI invierà al Titolare l'aggiornamento per la relativa presa visione e accettazione.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle suddette attività, si mette in evidenza che la società F.lli GUZZON S.n.c svolge in tali settori anche le seguenti attività:

- Fornitura, installazione strumenti di pesatura
- Riparazioni di strumenti di pesatura
- Manutenzione e taratura

e, che l'attività dell'Organismo di ispezione, di cui al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalle norme di riferimento ha carattere di indipendenza, imparzialità ed integrità in quanto è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata esclusivamente alle attività ispettive, separata

 Organismo di Ispezione di tipo C LabGUZ PD*xx	Regolamento per il servizio di verificazione periodica	A23 RSVP Rev 1 del 30/07/2021 Pag. 4 di 14
--	---	--

ed identificabile all'interno dell'organizzazione della F.Ili GUZZON S.n.c. Il responsabile delle verifiche periodiche dipende direttamente dal legale rappresentante dell'azienda.

1. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata nei documenti relativi allo svolgimento delle attività di verifica periodica è in accordo al DM 93/2017 e ai documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- DM 93 del 21/04/2017;
- ACCREDIA, RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione;
- Regolamento UNIONCAMERE, N 71 del 30/10/2017.

Sono fatti salvi tutti i termini tecnici desumibili dalla normativa tecnica applicabile. Inoltre, con il termine cliente o committente del servizio di verifica periodica, si intende colui che contrattualmente richiede alla società F.Ili GUZZON S.n.c l'attività di verifica periodica.

2. Condizioni generali e Responsabilità

Il presente Regolamento definisce i rapporti tra l'Odl e i soggetti che si avvalgono del servizio di ispezione oggetto del presente regolamento (clienti); definisce inoltre gli obblighi e le responsabilità delle parti e le condizioni di erogazione del servizio e della relativa documentazione.

Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra l'Odl e il Cliente. Il regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive, non in contrasto con quanto già definito nel regolamento, che devono essere specificatamente inserite nel contratto.

L'oggetto della ispezione deve essere riportato all'interno del documento contrattuale stipulato con il cliente.

Con l'accettazione del medesimo documento il cliente accetta le prescrizioni del presente regolamento.

Il regolamento è allegato all'offerta e/o pubblicato sul sito www.guzzonbalance.it.

L'Odl, in qualità di Organismo di tipo C secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, eroga i servizi di ispezione nel rispetto dei requisiti di cui all'appendice A.3 della norma e del DM 93/2017. Il cliente si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell'Odl, che è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, eventuale responsabilità civile relativa agli strumenti di misura ispezionati sarà disciplinata dal codice civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica. Il cliente è garante, nei confronti dei consumatori, della rispondenza dei propri prodotti a norme, procedure aziendali e specifiche disposizione di legge.

L'Odl pertanto non si assume nessuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse dal committente e da terze parti relativamente all'oggetto della ispezione.

3. Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta e/o del contratto emesso dalla società F.Ili GUZZON S.n.c

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, la società F.Ili GUZZON S.n.c renderà disponibile il nuovo documento al cliente sul sito web aziendale WEB e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, né darà comunicazione al cliente alle eventuali parti interessate via e-mail, posta o fax indicando i relativi tempi di attuazione.

 Organismo di Ispezione di tipo C LabGUZ PD*xx	Regolamento per il servizio di verificazione periodica	A23 RSVP Rev 1 del 30/07/2021 Pag. 5 di 14
--	---	--

La sottoscrizione in fase di accettazione dell'offerta si intende sempre per l'ultima revisione.

In caso di contratti di erogazione del servizio già sottoscritti al momento in cui hanno avuto luogo le modifiche, l'Odl invierà al Cliente (Titolare) l'aggiornamento per la relativa presa visione e sottoscrizione per l'accettazione della versione aggiornata

Il cliente ha facoltà di comunicare entro 10 giorni la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza che siano pervenute comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata.

Qualora le modifiche al presente regolamento siano determinate da variazioni della normativa applicabile, il cliente è obbligato comunque ad accettare il regolamento revisionato se intende eseguire la verifica.

4. Processo di ispezione

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e del Decreto 93/2017 del 21/04/2017 con particolare riferimento ai suoi allegati Scheda A ed alla normativa applicabile agli strumenti di misura sottoposti a controllo.

Lo svolgimento delle attività di verifica periodica comporta di regola l'interruzione temporanea dell'utilizzo degli strumenti di misura, con particolare riferimento agli strumenti di pesatura di grossa portata e strumenti a funzionamento automatico, nel rispetto delle norme per la tutela della sicurezza e degli interessi delle parti.

4.1 Richiesta di verifica e/o procedure di controllo dell'Organismo

Il titolare dello strumento o un suo delegato invia una richiesta scritta/via e-mail, telefonica, entro il termine di 5 gg dalla scadenza o entro 10 gg, da eventuali altri interventi sullo strumento che abbiano comportato la rimozione di etichette o altri sigilli, anche di tipo elettronico.

Tale richiesta deve essere corredata dei dati completi del titolare (ragione sociale, PI, REA, luogo di utilizzo dello strumento) e dei dati tecnici degli strumenti come di seguito specificato:

- la tipologia dello strumento meccanico, elettronico, a funzionamento non automatico o automatico,
- modello, matricola,
- caratteristiche metrologiche (MAX, e=) degli strumenti da sottoporre a verifica,
- il luogo di utilizzo,
- altre informazioni attinenti e ritenute utili,
- decreto di approvazione.

Questa richiesta ricevuta dall'Odl della F.lli GUZZON S.n.c deve essere registrata su apposito registro e tale richiesta consentirà all'organismo di emettere una regolare offerta di preventivo (offerta) per le attività di verifica periodica.

L'Organismo, in base alle informazioni ricevute, emette la relativa offerta con allegato il presente regolamento oppure specificando che il Regolamento è scaricabile dal sito web (www.guzzonbalance.it) ed evidenziando nell'offerta che la firma di accettazione comporta anche la presa visione del presente Regolamento.

L'ordine del cliente deve prevedere l'accettazione esplicita del Regolamento. L'ordine del cliente deve pervenire entro 10 gg dalla data dell'offerta per far sì che la data di richiesta venga mantenuta valida, in caso contrario farà fede la data di ricezione dell'ordine.

Una volta ricevuta l'accettazione da parte del cliente, effettuato il relativo riesame commerciale e tecnico e, a esito positivo, il responsabile tecnico potrà procedere alla pianificazione dell'attività.

Qualora tra Organismo di ispezione e Cliente sia già stato sottoscritto un contratto di gestione delle scadenze delle verifiche degli strumenti di pesatura, il titolare procede a chiedere la conferma delle tariffe applicate e l'Odl della F.lli GUZZON S.n.c provvederà ad emettere relativa offerta come da modulo OFF/ORD (vd.A27) specificando le tariffe applicate per la specifica attività.

 Organismo di Ispezione di tipo C LabGUZ PD*xx	Regolamento per il servizio di verificazione periodica	A23 RSVP Rev 1 del 30/07/2021 Pag. 6 di 14
--	---	--

Dal momento in cui l'offerta è accettata si procede alla pianificazione delle attività di verifica.

4.2 Erogazione del servizio ispettivo

L'Organismo di ispezione procede alla pianificazione e quindi a comunicare (facoltativo) il piano di lavoro alla Camera di Commercio/Unioncamere competente almeno 5 giorni lavorativi prima della data programmata (comunicazione preventiva tramite Web Telemaco); dopo tale comunicazione il piano di lavoro non può essere modificato salvo documentata ed inderogabile necessità (esempio improvvisa indisponibilità tecnica dello strumento), da comunicare via PEC, in caso di comunicazione preventiva caricata in Web Telemaco.

In ogni caso l'Odl, in caso di inadempienze da parte del cliente si riserva la facoltà di addebitare al richiedente gli oneri derivanti dalla mancata applicazione della procedura anzi esposta.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla società F.lli GUZZON S.n.c, per la mancata esecuzione del servizio a causa dell'assenza o della indisponibilità da parte dell'utente degli strumenti nel luogo di utilizzo al momento dell'esecuzione della verifica periodica.

Un nuovo intervento potrà comunque essere successivamente ripianificato con i conseguenti costi aggiuntivi.

Le prove di verifica verranno effettuate su appuntamento concordato tra le parti. Lo strumento deve essere reso disponibile alla data concordata e per il tempo necessario all'esecuzione delle prove.

Il servizio è rivolto ad alcuni aspetti visivi, previsti dall'art 4 del DM 93 e alla determinazione dell'errore su strumenti di misura impiegati per transazioni commerciali in rapporti tra terzi, in accordo con la normativa vigente e con le norme tecniche applicabili.

L'ispettore incaricato sottoporrà gli strumenti alle prove di verifica periodica in maniera indipendente e imparziale rispetto alle attività di fornitura/Installazione/manutenzione secondo quanto conformato alla normativa vigente e dalle procedure tecniche del sistema qualità.

Lo strumento può essere compatto o formato da più elementi, in ogni caso viene considerata sempre come unica bilancia.

L'Ispettore incaricato deve poter eseguire le prove in modo che non si presentino difficoltà o impedimenti.

In caso di strumenti posti in aree esposte alle intemperie le prove non potranno essere effettuate in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, forte vento, neve...). Verrà concordata una nuova data di esecuzione delle prove.

Lo strumento deve essere presentato pulito, specialmente nel piano di pesatura dove verranno posizionate le masse campione.

E' obbligo che la verifica dello strumento avvenga nell'arco della giornata lavorativa, nel caso di interruzioni dovute a eventi improrogabili e non imputabili all'organismo di ispezione la verifica dello strumento deve essere interamente rifatta nel giorno successivo o in un altro periodo da stabilire. L'Organismo di ispezione della F.lli GUZZON S.n.c si riserva di imputare i relativi costi al titolare.

Per l'esecuzione delle prove l'Organismo si impegna a rendere disponibili in loco:

- i campioni di massa del laboratorio adeguati alla portata degli strumenti indicati in offerta, il cui costo del trasporto e noleggio viene, nel caso, specificato come voce a parte nella proposta di contratto, come anche per i mezzi di sollevamento e la manodopera per la corretta movimentazione dei campioni di massa.

Il Titolare dello strumento dovrà permettere l'accesso al luogo di verifica. Le masse dovranno essere movimentate con la massima cura e ricoverate in luogo separato, riparato ed asciutto. Le masse dovranno essere depositate su un pianale facilmente trasportabile con un carrello trasportatore. Per il tempo in cui le masse sono ricoverate presso il Titolare dello strumento, questo è responsabile del loro mantenimento. Le masse non devono mai essere posizionate all'esterno sotto le intemperie.

 Organismo di Ispezione di tipo C LabGUZ PD*xx	Regolamento per il servizio di verificazione periodica	A23 RSVP Rev 1 del 30/07/2021 Pag. 7 di 14
--	---	--

Le attività di verificazioni si concludono entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di verifica e conferma d'ordine e sono effettuate di norma durante l'orario di apertura, previo opportuni accordi.

4.3 Verificazione periodica e procedure di controllo dell'Organismo

Le procedure da seguire nella verifica periodica sono rivolte ad accertare la presenza dei bolli di verifica prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto, secondo quanto disposto all'Allegato II del Decreto.

Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del cliente e confermata dall'Odl, l'organismo di ispezione esegue le attività di verifica periodica dei sistemi di pesatura conformi alla normativa nazionale ed europea applicando le procedure gestionali e tecniche gestite dal sistema gestione qualità dell'organismo, pertinenti lo strumento da sottoporre a verifica e utilizzando i mezzi in dotazione. I campioni di lavoro utilizzati per le prove metrologiche sono dotati di riferibilità a campioni nazionali come da procedura interna dell'organismo. L'ispettore prima di eseguire la verifica si accerta di verificare i dati completi sia del cliente che le caratteristiche metrologiche dello strumento.

Lo strumento viene sottoposto alle prove metrologiche (prova di ripetibilità, prova di decentramento, prova di pesatura/linearità, prova di mobilità/sensibilità quando applicabile, prove di funzionamento automatico), per la verifica della conformità dello strumento agli errori massimi permessi.

Ai fini della verifica periodica sono applicati gli errori massimi tollerati come previsto dalle tabelle degli errori tollerati nelle rispettive procedure in funzione della tipologia dello strumento.

- per gli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico NAWI elettroniche e meccaniche ad equilibrio automatico e semiautomatico in classe (II-III-III) la procedura di riferimento è la PT07.01 .
- per gli strumenti a funzionamento automatico AWI etichettatrici peso prezzo di classe Y(a) e y(b) la procedura di riferimento è la PT07.02.

Relativamente alla procedura PT07.02 AWI

- a) per gli strumenti con decreti ministeriali nazionali (OIMLR51:1996) gli errori massimi permessi applicati sono quelli in "SERVICE" come previsti per gli strumenti di classe Y dalle Tab. 8 (OIML R51-1:1996) e Tab. 5 (OIML R51-1:1996)
- b) Per gli strumenti con decreti europei (Type examination certificate-OIMLR51:2006) gli errori massimi permessi applicati sono quelli in "INITIAL VERIFICATION" come previsti per gli strumenti di classe Y dalle Tab.4 (OIML R51-1:2006), e Tab. 5 (OIML R51-1:2006)

Al termine delle attività di Ispezione l'ispettore incaricato delle operazioni di verifica firma il Certificato/attestato e ne rilascia una copia.

Sul Certificato di Ispezione sono registrati gli esiti delle prove metrologiche effettuate e l'esito della verifica (positivo o negativo) ed eventuali note aggiuntive.

L'esito dell'attività di Ispezione è sempre soggetto all'attività di riesame dei Certificati di Ispezione, come definito al punto 4.3.2.

L'ispettore procede, inoltre a dotare lo strumento (qualora non vi abbia già provveduto il fabbricante) del libretto metrologico compilandolo con le informazioni previste dal Decreto.

Nel caso in cui il libretto metrologico non risulti presente nelle verifiche successive e si ha comprovata certezza di averlo rilasciato nelle precedenti verificazioni, l'Odl rilascerà al titolare ulteriore Libretto metrologico, su richiesta formale del Titolare tramite il modulo A49 e riservandosi la facoltà di addebitarlo.

Il titolare dello strumento in questo caso dovrà rilasciare all'Odl una dichiarazione in atto notorio (vdA51) attestante l'avvenuto smarrimento del libretto metrologico. Lo stesso verrà segnalato nelle note del Certificato di Ispezione.

Solo su richiesta scritta del titolare potrà essere rilasciato copia del rapporto prove metrologiche M-RPMx.

4.3.1 Esito delle attività di Ispezione

a) In caso di esito positivo della verifica periodica, l'Ispettore appone, in prossimità della targhetta metrologica, il contrassegno verde previsto dal DM 93, con l'anno della successiva scadenza, in funzione della periodicità prevista per il tipo di strumento oggetto della verifica e ne obbliterà il mese, procederà inoltre all'apposizione dei sigilli di garanzia come da relativo piano di legalizzazione.

L'Ispettore firma il Certificato di Ispezione e ne rilascia una copia al Titolare dello strumento.

b) In caso di esito negativo appone sullo strumento il contrassegno rosso riportante la scritta "Esito Negativo"; apponendo anche la relativa data in chiaro; il contrassegno è rimosso dall'incaricato all'atto della riparazione o dall'ispettore all'atto della verifica stessa.

In tal caso, ovvero esito negativo della verifica, il titolare viene informato all'atto del rilascio del Certificato di Ispezione che lo strumento non può essere utilizzato fino alla sua riparazione e successiva verifica periodica.

Tale Certificato sarà oggetto di Riesame entro 48 ore dall'Ispezione.

Il titolare a fronte dell'esito negativo e della non utilizzazione dello strumento dovrà definire adeguate azioni da mettere in atto in modo efficace tramite il centro assistenza tecnico di riferimento. A riparazione ultimata, il titolare nei termini di 10gg dalla riparazione avvenuta, potrà inoltrare nuova richiesta di verifica periodica all'Odl e solo dopo questa richiesta lo strumento potrà essere riutilizzato.

I Certificati sono oggetto di riesame, come definito al punto 4.3.2.

Tutte le sopra indicate attività sono svolte con lo scopo di regolarizzare la posizione della società nei confronti delle leggi di metrologia legale vigenti relativamente agli strumenti di pesatura.

4.3.2 Attività di riesame dei Certificati di Ispezione

Il Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile dell'Organismo procede al riesame dei Certificati di Ispezione e dei rapporti delle prove metrologiche dell'ispettore incaricato.

a) nel caso di certificati di ispezioni rilasciati con esito positivo, il riesame deve essere concluso entro cinque giorni successivi alla data di verifica.

Il documenti vengono riesaminati al fine di accertare:

- la correttezza dei dati identificativi dello strumento
- i risultati delle misurazioni
- l'esito della verifica
- lo stato di taratura dei campioni di lavoro utilizzati dagli ispettori

L'evidenza del processo del riesame è data dalla firma di approvazione posta dal RT/SRT sui relativi documenti e relativa data in chiaro.

Se entro 5 gg lavorativi dalla data del rilascio del certificato di ispezione, il riesame del RT/VRT sarà positivo, il certificato consegnato al titolare sarà ritenuto validato automaticamente.

Vige la regola che nessuno può riesaminare i documenti emessi da lui stesso.

b)) nel caso di certificati di ispezioni rilasciati con esito negativo, il riesame deve essere concluso entro le 48 ore successive alla data di verifica, con la decisione di conferma dell'esito negativo, senza ulteriore comunicazione scritta al titolare oppure, in casi di dubbi, previa una comunicazione scritta al titolare, motivando la decisione, si riprogramma una nuova verifica periodica entro 48 ore.

Nei casi di un certificato rilasciato con esito positivo e al riesame ha dato esito negativo si procederà alla apertura di una non conformità con le relative azioni correttive e si provvederà ad informare il Titolare con la nota informativa che attesterà l'invalidità del Certificato rilasciato precedentemente e le relative azioni che verranno intraprese entro le successive 48 ore.

La valutazione del caso seguirà il seguente criterio:

- a) ERRORI FORMALI (es. trascrizione di dati di anagrafica errati): si provvederà alla emissione dei documenti interessati e alla loro distribuzione al titolare, nei 5 gg lavorativi successivi alla data del riesame, provvedendo al ritiro di quelli errati.
- b) ERRORI SOSTANZIALI (es. errori nella valutazione delle prove metrologiche): il RT/SRT dopo una attenta analisi e riesame provvederà ad incaricare un soggetto diverso o lui stesso per la ripetizione della verifica dello strumento, entro 48 ore dalla data del riesame e provvederà al ritiro dei precedenti documenti, emettendone degli altri con una identificazione diversa. In ogni caso tutto verrà registrato e commentato sul rapporto finale della non conformità per eventuali disposizioni di azioni correttive o preventive.

A fine esito del riesame la segreteria aggiornerà il registro delle verificazioni periodiche. Nel caso di ripetizione della verifica, la stessa verrà registrata con la data ultima di esecuzione.

Il registro delle verificazioni è disponibile ai richiedenti che svolgono funzione di controllo secondo le norme vigenti. La sottoscrizione del contratto costituisce per l'Odl l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati del titolare e dei relativi strumenti.

L'organismo provvederà entro 10 gg dalla verifica a comunicare gli esiti alla CCIAA di competenza e a UNIONCAMERE

4.4 Modalità di riferimento al certificato di ispezione

Il cliente nella propria corrispondenza o pubblicazione di carattere tecnico può fare riferimento al certificato di ispezione rilasciato dall'Odl.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare che il Certificato di Ispezione riguarda esclusivamente quel determinato strumento e non altri e non sono fatte improprie estrapolazioni, ma sia tenuto nella sua forma originale. Inoltre si specifica che al titolare è precluso l'utilizzo del marchio Accredia come previsto dal regolamento RG-09 di Accredia.

5. Riservatezza

L'Odl della F.lli GUZZON S.n.c, assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività di verifica periodica, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- Art. 13 D.M. 93/2017;
- disposizioni di legge specifiche;
- disposizione degli organismi di accreditamento;
- enti pubblici titolari di specifica competenza, autorità di pubblica sicurezza.

 Organismo di Ispezione di tipo C LabGUZ PD*xx	Regolamento per il servizio di verificazione periodica	A23 RSVP Rev 1 del 30/07/2021 Pag. 10 di 14
--	---	--

Il Cliente, ove possibile, è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge specifiche;
- disposizione degli organismi di accreditamento;
- enti pubblici titolari di specifica competenza, autorità di pubblica sicurezza.

Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Titolare del Trattamento e l'Interessato (Cliente=Titolare dello strumento) e, in ogni caso, il trattamento è necessario per il raggiungimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento, compresa la trasmissione dei dati alle autorità competenti.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di F.Ili GUZZON S.n.c, coinvolto nell'Organismo di Ispezione sottoscrive un codice deontologico - costituito dalle politiche aziendali e accettato nella lettera di incarico della singola risorsa dell'Odl - contenente un impegno formale alla riservatezza, copia delle quali, su richiesta, sono fornite al Cliente.

Il Titolare del trattamento è F.Ili GUZZON S.n.c con sede in via Monache 11, Este (PD).

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: amministrazione@guzzonbalance.it.

L'interessato ha diritto a proporre reclamo presso l'autorità di controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.

L'autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

6. Reclami, ricorsi e contenziosi

Per reclamo si intende qualsiasi comunicazione scritta o verbale che segnala insoddisfazione, diversa dal ricorso, proveniente dal cliente e indirizzata all'Odl, riferibile ai servizi forniti dall'Odl e, in genere, all'operato o condotta del medesimo, non corrispondenti ai requisiti o alle aspettative del cliente stesso, o di altre parti interessate per la quale si attende una risposta.

Per ricorso si intende una richiesta formale indirizzata dal cliente all'Odl, riguardo decisioni, valutazioni o attestazioni emesse da parte dell'Odl stesso, affinché vengano riconsiderate.

Il processo per ricevere, valutare e conseguentemente trattare reclami e ricorsi è documentato nel § 7.6.del Manuale della qualità vd(MQ-Odl)

Tutti i reclami, i ricorsi e i loro iter vengono registrati e conservati nel rispetto delle clausole di riservatezza (rif. § 4.2 vd(MQ-Odl) e possono essere accolti e trattati con adozione di provvedimenti correlati e documentati ove rivelatesi fondate, o respinti nel caso di manifesta infondatezza, come descritto nel § 7.6.

L'Odl è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento di reclami e ricorsi. Le indagini e le decisioni sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria.

6.1 Reclami

L'Organismo di ispezione della F.Ili GUZZON S.n.c prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti (o da altre fonti) purché scritti e circostanziati nei fatti e nei motivi del reclamo. Nel caso in cui tali informazioni non siano disponibili nel reclamo, il Cliente è contattato per le dovute integrazioni. I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

Tutti i reclami pervenuti vengono esaminati dal Responsabile Gestione Qualità, il quale svolge gli opportuni approfondimenti (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto ovvero mediante la ripetizione delle attività di controllo, ecc.) e comunica per iscritto, al reclamante, entro un mese dal ricevimento del reclamo, l'esito degli approfondimenti condotti e le eventuali azioni intraprese (procedura mediante mod. VDS (vd.A38).

Un reclamo viene registrato attraverso l'apertura di una Non Conformità (A38 VDS). L'analisi del reclamo viene riportata sul modulo A38 VDS. Se dopo l'analisi della causa viene confermato che il reclamo si riferisce alle attività di ispezione di cui si è responsabili, viene eseguito il trattamento, anch'esso registrato nel modulo A38. Devono essere sempre compilati anche i campi relativi alle responsabilità del trattamento

In ogni caso la persona incaricata di gestire il reclamo, non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso.

Per la validazione del reclamo è necessario che vengano raccolte tutte le evidenze oggettive necessarie (rapporti di prova, verbali, tarature, competenze dei tecnici, ...). Il trattamento del reclamo comprende:

1. Ricezione (scritta e circostanziata) e sua comunicazione a SGQ, entro una settimana dalla ricezione;
2. Comunicazione al reclamante per eventuali integrazioni documentali;
3. Comunicazione al reclamante dell'apertura del reclamo, a seguito della ricezione delle integrazioni, entro una settimana dalla ricezione delle integrazioni stesse;
4. Verbalizzazione dell'analisi del reclamo su (A38 VDS). da parte di SGQ / RT / SRT;
5. Validazione del reclamo, a seguito dell'analisi della causa, da parte di SGQ / RT / SRT e successive decisioni (trattamento, tempi, responsabilità), con registrazione su (A38 VDS).;
6. Comunicazione al Cliente, entro un mese dal ricevimento del reclamo, dello stato del reclamo e dell'esito degli approfondimenti condotti e delle eventuali azioni intraprese;
7. Trattamento e specifiche registrazioni (decisioni, allegati al (A38 VDS). quali rapporti di prova, tarature, ...), rintracciabilità al reclamo (es. mail allegate di reclamo / comunicazioni con il Cliente, ...);
8. Comunicazioni e condivisione del trattamento con il reclamante e relative registrazioni allegate al (es. mail di conferma, accettazione del trattamento da parte del Cliente, stato di avanzamento intermedi e finali ...) e validazione. A seguito della chiusura del reclamo, questa va comunicata al reclamante

Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, può presentare un ricorso scritto come descritto di seguito.

6.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di verifica periodica dell'Organismo di ispezione della F.Ili GUZZON S.n.c, ha facoltà di presentare ricorsi scritti, entro 10 gg dal ricevimento dell'esito della verifica con riferimento alle decisioni adottate a seguito delle attività di controllo metrologico o sulla soluzione data al reclamo.

Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, o sistema equipollente, a F.Ili GUZZON S.n.c all'attenzione dell'Amministratore Unico: tale lettera dovrà riportare i riferimenti del reclamante, l'oggetto del ricorso e le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni e la firma del ricorrente.

Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi la F.Ili GUZZON S.n.c invierà al mittente una comunicazione con le relative motivazioni.

L'Amministratore Unico della F.Ili GUZZON S.n.c, procederà all'esame del ricorso coinvolgendo ove necessario le parti interessate; entro 60 giorni dalla presentazione, l'Amministratore Unico comunicherà l'esito del ricorso al ricorrente.

 Organismo di Ispezione di tipo C LabGUZ PD*xx	Regolamento per il servizio di verificazione periodica	A23 RSVP Rev 1 del 30/07/2021 Pag. 12 di 14
---	---	--

L'amministratore unico eseguirà l'esame del ricorso mediante soggetto diverso da chi ha eseguito la verifica con competenze tecnico – amministrative adeguate e ove fosse necessario da un soggetto esterno secondo pertinenza (legale, fiscale, gestionale) atte ad individuare le necessarie azioni risolutive.

L'Odl archivia le registrazioni relative a tutti i ricorsi.

6.3 Contenziosi

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla esecuzione di una verifica, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e del rispetto del presente Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Padova.

All'interno dell'Odl il contenzioso è seguito dal Legale Rappresentante, che si avvale del Responsabile Tecnico.

7. Tariffario

Le tariffe dell'attività dell'Organismo di ispezione relative alla verifica periodica sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard della F.lli GUZZON S.n.c

Tali tariffe derivano da quanto riportato nel tariffario, dove sono riportate le politiche di scontistica stabilite dall'Organismo. Il tariffario e le relative politiche di sconti vengono aggiornati da RT annualmente e sono resi disponibili al Cliente

8. Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei tre giorni lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, Odl si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;
- nel caso di interruzione dell'attività dovuta ad un qualsiasi motivo addebitabile al cliente, l'Odl si riserva la facoltà di addebitare i costi fino al momento dell'interruzione.

9. DOVERI E DIRITTI

9.1 Doveri e diritti del Cliente

Il cliente ha i seguenti diritti:

- a) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami, entro 30 gg dall'esecuzione dell'attività ispettiva, affinché l'Organismo di Ispezione possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito.
- b) nel caso si voglia ricusare un ispettore, questo è possibile, previa comunicazione scritta entro tre gg dalla data concordata, riportando le motivazioni che hanno portato a tale decisione. "Rif Mod OFF-ORD (vd. A27)". Sarà cura dell'ufficio valutare la situazione e venire incontro alle richieste del cliente.

Il Cliente richiedente la verifica periodica ha i seguenti doveri:

- visionare il presente Regolamento mediante sottoscrizione dello stesso ovvero dichiarare di averlo letto e di accettarlo nella richiesta di verifica o nell'accettazione dell'offerta Rif Mod A27 OFF-ORD;
- indicare nella richiesta di verifica o altro documento tutti gli elementi identificativi per poter eseguire le comunicazioni alla CCIAA e a Unioncamere, in particolare il proprio codice REA e il codice fiscale e l'ubicazione dello strumento;
- fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione, in particolare:
 - il libretto metrologico, qualora esistente;
 - manuali d'uso e manutenzione;

- dichiarazione di conformità dello strumento
- il certificato CE del tipo dello strumento da verificare, comunque sono documenti che possono essere rintracciati tramite il proprio fornitore dello strumento; comunque deve essere disponibile alla verifica periodica dello strumento
- garantire al personale addetto alle verificazioni, nel giorno ed orario concordato, l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti,
- accogliere il personale ACCREDIA ai fini delle attività di valutazione che questa esercita sull' Organismo di ispezione della F.Ili GUZZON S.n.c ai fini dell'accreditamento come Organismo di Ispezioni di Tipo C o personale ispettivo in addestramento,
- comunicare tempestivamente all'Organismo della F.Ili GUZZON S.n.c i rischi per la salute e la sicurezza dei siti presso cui effettuare la verifica, mettendo a disposizione i necessari dispositivi di protezione individuale, qualora fossero di tipo non abituale, sia per il personale ispettivo, sia per l'eventuale Personale ACCREDIA;
- conservare i documenti rilasciati dall'Ispettore dell'Organismo di Ispezione esclusivamente nella loro forma integrale e non utilizzare per altri scopi i marchi e loghi presenti nell'interno del certificato di ispezione, di ACCREDIA e dell'Organismo di Ispezione.
- accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni emerse nel corso delle verifiche stesse.

9.2 Impegni e doveri dell'Odl della F.Ili GUZZON S.n.c

L'Odl della F.Ili GUZZON S.n.c si impegna a rispettare quanto previsto da:

- il presente regolamento;
- il Decreto 93/2017;
- la norma UNI CEI ECN ISO/IEC 17020 e le altre prescrizioni di ACCREDIA;
- le politiche e procedure stabilite per l'Organismo di Ispezione;
- effettuare la verifica periodica entro 45 gg dalla data di conferma d'ordine dell'Odl;
- fornire il primo libretto metrologico, senza onere per il Titolare;
- inviare telematicamente entro 10gg lavorativi dalla verifica, alle camere di Commercio di ciascuna provincia e a Unioncamere, un documento riepilogativo degli strumenti verificati contenenti gli elementi elencati nell'art. 13 comma 1 del DM 93/2017;
- comunicare al Cliente l'impossibilità ad eseguire verifiche in caso di provvedimenti di inibizione nella prosecuzione dell'attività nei confronti dell'organismo
- far rispettare al proprio personale tutti i regolamenti e i documenti interni del Cliente in materia sanitaria e di sicurezza nel corso del servizio di ispezione.

10. GENERALITA'

Il contratto si intende valido con l'accettazione dell'offerta o con la sottoscrizione del contratto stesso; l'Organismo di ispezione della F.Ili GUZZON S.n.c emetterà fattura secondo quanto stabilito nell'offerta o nel contratto.

Il Cliente provvederà al pagamento entro i termini pattuiti; in caso di ritardato pagamento del prezzo il Cliente sarà tenuto a pagare all'Odl della F.Ili GUZZON S.n.c, gli interessi calcolati sull'effettivo tempo di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo pagamento.

In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, l'Odl della F.Ili GUZZON S.n.c, si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

 Organismo di Ispezione di tipo C LabGUZ PD*xx	Regolamento per il servizio di verificazione periodica	A23 RSVP Rev 1 del 30/07/2021 Pag. 14 di 14
--	--	--

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più parti del presente regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre sue parti.